

Consumabile medicale: Caracteristici tehnice – cerințe minime

Lotul 1. Ace intepatoare:

Se solicita urmatoarele caracteristici minime:

- ace intepatoare sterile compatibile cu toate modelele de glucometer Accu-Check
- capac de protectie
- ac fin, cu varf trifatetat
- ac foarte subtire (0.28 mm)
- ambalaj: 25 buc/set
100 buc/cut

Lotul 2. Campuri stomatologice/laborator:

Se solicita urmatoarele caracteristici minime:

- campuri confectionate din 2 straturi hartie absorbanta si 1 strat de pelicula PE impermeabil servesc ca bariara preliminara efectiva impotriva contaminarii
- dimensiuni: 33 x 45cm
- ambalaj: 500 buc/set
- culori: roz, albastru, verde, alb.

Lotul 3. Cearceaf pat impermeabil cu elastic pe colt:

Se solicita urmatoarele caracteristici minime:

- cearceaf fabricat dintr-un material bistratificat cu o parte absorbanta si o parte impermeabila, prevazut cu elastic la capete ptr. o buna fixare
- mentine temperatura pacientului constanta, are mare grad de absorbtie, al doilea strat-polietilena, rezistent la rupere si la tractiune, nelucios, antiderapant
- dimensiuni: 90 cm x 220 cm
90 cm x 225 cm

Lotul 4. Cearceaf hartie unica folosinta:

Se solicita urmatoarele caracteristici minime:

- cearceaf hartie unica folosinta, tip rola confectionat din celuloza pura, prevazute cu perfor ptr. a facilita ruperea lor
- 2 straturi
- dimensiuni: 60 cm x 50m
- culoare:alba

Lotul 5. Cutie dezinfectare instrumentar:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- cutie fabricata din polipropilena foarte rezistenta
- este echipat cu capac si suport instrumentar
- usor de folosit datorita sistemului din interior
- indicat ptr.toate tipurile de instrumente
- dimensiuni: 9 x 34 x 22 cm
- L 26,5x l 11,5x h 8cm
- 26 x 11 x 8cm
- capacitate:3L

Lotul 6.Dispenser botosi unica folosinta:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- dispenser ptr. botosi unica folosinta fabricat din plastic ABS
- capacitate 150-200 buc
- se monteaza pe perete
- culoare: alb
- inaltime:26 cm; latime:16 cm

Lotul 7. Dispenser pentru dezinfectant cu actionare la cot:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- dozator mobil pentru dezinfectant, fabricat din ABS, foarte apreciat datorita sistemului de actionare cu cotul, ceea ce minimalizeaza riscul contaminarii
- poate fi instalat pe perete cu banda dublu-adeziva sau dibluri, sau se poate folosi ca dispozitiv independent amplasat pe o suprafata stabila
- rezervor de 1000 ml

Lotul 8. Dispenser rola cearceaf medical:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- dispenser metalic pentru sustinerea rolilor medicale, cearceaf rola hartie
- se ataseaza paturilor, meselor universale de consultatie
- dimensiune reglabila , care pot fi montate pe paturi de consultatie de diferite latimi

Lotul 9. Piese bucale cu turbine de unica folosinta:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- turbina de unica folosinta pentru Spirometre MIR
- fiecare turbina include un dispozitiv bucal de carton, calibrate individual din fabrica cu un sistem computerizat si este ambalat individual
- igiena garantata 100%
- nu este necesara dezinfectarea

Lotul 10. Teste de glicemie:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- fac parte integranta din functionarea aparaturii medicale din dotarea cabinetului
- in dotarea cabinetului exista glucometre ACCU-CHEK Performa, care functioneaza doar cu bandelele compatibile acestui tip de glucometru
- ambalaj: 50 buc/cut

Lotul 11. Teste de urina:

Se solicita urmatoarele caracteristici minimale:

- fac parte integranta din functionarea aparaturii medicale din dotarea cabinetului
- in dotarea cabinetului exista aparate de determinarea ex.sumar de urina model Pocket-Chem UA care functioneaza doar cu bandelele (Aution Sticks 10V), compatibile acestui tip de analizator
- tip banda cu 10 parametrii
- ambalaj: 100 buc/cut

TERMENUL DE VALABILITATE A PRODUSELOR ESTE DE MINIM 18 LUNI DE LA DATA RECEPȚIEI.